



Исх. № 106 от «20» июня 2012 г.

Начальнику Управления метрологии  
и контроля качества газа и жидких углеводородов  
Департамента автоматизации систем управления  
технологическими процессами ОАО «Газпром»  
**В.В. Смирнову**

117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.10  
Факс (495) 719-34-38

О применении манометров ЗАО «ПО Физтех»

**Уважаемый Валерий Викторович!**

ООО «ОМЦ Газметрология» провело испытания следующих средств измерений давления производства ЗАО «ПО Физтех» г. Томск:

- манометров избыточного давления МПЗ-Уф, предназначенных для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара;

- манометров ДМ8008-ВУф (ДМ8008-ВУф-КС–коррозионностойких), предназначенных для измерения давления углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода ( $H_2S$ ) и углекислого газа ( $CO_2$ );

- манометров для точных измерений МТИф, предназначенных для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в т.ч. кислорода;

- манометров показывающих сигнализирующих ДМ2005ф, предназначенных для измерения избыточного давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства.

По результатам испытаний подтверждено соответствие технических и метрологических характеристик, представленных на испытания манометров требованиям, приведённым в нормативной документации.

Исходя из положительных результатов испытаний, данные типы манометров могут быть рекомендованы к применению на объектах ОАО «Газпром» в соответствии с областью применения.

Директор

В.А. Сулин