



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.006.A № 50665/1

Срок действия до 27 апреля 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры сигнализирующие ДМ2005Сг,  
ДВ2005Сг, ДА2005Сг

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Теплоконтроль" (АО "Теплоконтроль"), г. Казань

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 30105-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МИ 2124-90

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Свидетельство об утверждении типа переоформлено и продлено приказом  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 27 апреля 2018 г. № 816

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С.Голубев

"08" 05 ..... 2018 г.

Серия СИ

№ 041514